Aprobado por Decreto nº 10414 de fecha 22/10/2015

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AMBULANCIA (SOPORTE VITAL BÁSICO) PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ALCOBENDAS

1.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Constituye el objeto del contrato la adjudicación del suministro de UNA AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ALCOBENDAS (SOPORTE VITAL BÁSICO).

2.- CONTENIDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.

El contenido del contrato se adjudicará atendiendo a las siguientes características y equipamiento del vehículo:

Características del vehículo

- Dimensiones: 5548 longitud total, Altura 2499, Volumen carga 10.31m3
- Trasmisión: Delantera
- Versión: Furgón T L2 H2 3500 DCI 125 ES, como mínimo.
- Adecuación al Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
- Opcionales a incluir:
    - Pack aire (Aire Acondicionado, filtro antipolen)
    - Ordenador de a bordo
    - Elevalunas eléctrico
    - 6 velocidades
    - Radio cd-Mp3
    - Bluetooth&USB
    - Regulador de Velocidad
    - Depósito de carburante 105 L
    - Puertas traseras acristaladas apertura 270º
    - Puerta lateral dcha. Deslizante con cristal practicable
    - Puerta lateral izq. Deslizante.
    - Airbag frontal conductor y pasajeros
    - Esp
    - Pack visibilidad
    - Navegador GPS integrado.

Fdo: Oscar Carrera Ibañez
Director de Seguridad Ciudadana

HABITABILIDAD

- 1 Tabique de separación cabina zona sanitaria.
- 1 Ventana practicable de aluminio en tabique.
- 1 Adhesivo translucido en cristales zona habitáculo sanitario
- 1 Suelo con tablero fenólico y altro, color azul.
- 1 Forrado interior habitáculo sanitario placa poliéster blanca.
- 2 Barras asidero en techo para sujeción de personal (en dos partes en costado izq.)
- 1 Barra asidero en separador por encima de butaca
- 1 Barra asidero en puerta lateral dcha. a suelo.
- 1 Alerón aerodinámico en techo parte trasera
- 1 Estribo eléctrico en puerta lateral dcha. de 400 m/m
- 1 Hueco mandos en techo.

Fdo: Oscar Carrera Ibañez
Director de Seguridad Ciudadana

MOBILIARIO

- 1 Butaca en mampara con pie oculto en mueble sin giro.
- 1 Butaca Giratoria en costado derecho.
- 1 Conjunto de Muebles según diseño (a definir, sin lavabo)
- 1 Nevera con compresor encastrada en mobiliario (según diseño)
- 1 Calienta sueroscon compresor encastrado en mobiliario (según diseño)

SEÑALIZACION EXTERIOR e INTERIOR

- 1 Puente carenado en techo modelo Arcus con barras de led en parte delatera
- 1 Altavoz en Motor (Parrilla delantera)
- 1 Sirena/Bocina de bomberos.
- 1 Amplificador de 100w con megafonía, tres tonos y atenuador.
- 1 Barra de 8 luces direccionables, en alerón parte trasera ledefec. Estroboscopicas
- 1 Juego focos buscacunetas en interior puertas traseras.
- 1 Juego de focos, ledámbar grandes en costados dcho.e izq. parte media
- 1 Juego de focos blancosbuscacunetas en costado parte delantera
- 2 Juegos de focos micro led en parrilla delantera y puertas traseras
- 1 Antena con preinstalación para emisora
- 1 Foco lectura de mapas en cabina o en su defecto un foco sobre los asientos.
- 1 Luz Penumbra al abrir las puertas
- 1 Accionamiento de luces emergencia con apertura puertas
- 1 Piloto indicador apertura de puertas abiertas en cabina conductor
- 1 Avisador acústico marcha atrás
- 1 Interfono entre cabina asistencial y conductor

Fdo: Oscar Carrera Ibañez
Director de Seguridad Ciudadana

ILUMINACION Y ELECTRICIDAD

- 1 Instalación eléctrica independiente para habitáculo sanitario.
- 1 Cuadro eléctrico modular con placa de protección de circuito impreso y test de verificación rápida del estado de fusibles en puerta corredera izq.
- 1 Iluminación con barras de led en todo lo largo del habitáculo sanitario
    - 3 Potencias de luz diferentes (Penumbra-1Intensidad-2Intensidad)
- 1 Toma exterior de 220v según normativa de B.T.
- 1 Segunda Batería de gel de mínimo 100 Ah
- 1 Sistema de no arranque con 220v conectado
- 1 Desconectador de batería manual
- 1 Convertidor de 12v a 220v de capacidad para 600w
- 1 Cargador de baterías 12v 12.5 amp
- 1 Reloj digital empotrado en parte sup. del habitáculo sanitario
- 1 Foco de mano extraíble e instalado costado dcho. trasera
- 6 Focos leddireccionables en techo habitáculo sanitario.
- 1 Separador automático de baterías
- 1 Linterna con cargador y cono en habitáculo conductor
- 7 Tomas interiores de 12/220v con circuitos independientes
    - DISPOSICION DE LAS TOMAS:
        - 1 Toma de 12v en costado dcho. parte trasera para buscador
        - 3 Tomas de 12v en costado Izq.
        - 1 Toma de 12v en hueco calientasueros, bajo aspirador secreciones
        - 1 Toma doble 220v en el hueco aspirador bajo mesado
        - 1 Toma 220v doble en regleta dcha.
        - 3 Tomas dobles 220v en regleta izq.

CLIMATIZACION

- 1 Extractor en techo con ventilación y extracción de aire del habitáculo sanitario
- 1 Aislamiento térmico/acústico con poliuretano proyectado
- 1 Segundo evaporador de A/A y calefacción en habitáculo sanitario con termostato de 0 a 30 grados.
- 1 Calefacción a 220v en cabina sanitaria cuando el vehículo este enchufadoy controlada por termostato.

Fdo: Oscar Carrera Ibañez
Director de Seguridad Ciudadana

OXIGENOTERAPIA

- 1Instalación de oxigeno centralizada
- 2 Soporte para botella de oxigeno portátil
- 1 Soporte para dos botellas de oxigeno (hueco puerta lateral izq. corredera)
- 1 Caudalimetros con vasos humificadores
- 2 Manorreductores "P" con manguera
- 7 Tomas de oxigeno de conexión rápida
    - DISPOSICION DE LAS TOMAS OXIGENO
        - 1 Toma en el hueco del respirador en el mueble del costado izq.
        - 1 Toma en regleta dcha.
        - 3 Toma s en regleta izq.
        - 2 tomas en zona botellas de puerta corredera izq.

EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ACCESORIOS

- 1 Bancada manual con Trendelermburg positivo-negativo
- 1 Camilla con accionamiento de patas automáticas con colchoneta
- 1 Dispositivo para aplicación de sueros en techo para 4 botellas de suero
- 1 Anclaje para cunas y/o incubadora
- 1 Soporte de camilla de palas en puerta corredera
- 1 Soporte para silla de ruedas modelo "EvacChair 300 H" en puerta Dcha.
- 1 Silla de ruedas modelo "EvacChair 300 H"
- 1 Tablero espinal largo en alojado en bancada.
- 1 Hueco para cuatro cascos en armario traseroizq.
- 1 Soporte para respirador oxilog en mueble costado izq.
- 1 Soporte para oxigeno portátil en costado izq. trasero
- 1 Soporte para foco buscador costado dcho. parte trasera
- 1 Barra para sujeción de bombas en forma de "J" mesado parte izq.
- 1 Soporte para camilla de palas en puerta Izquierda

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

- Refuerzo integral antivuelco zona asistencial.
- 1 Extintor 6 kg. Zona cabina conductor y asistencial
- Cortacinturones instalados en cabina asistencial

Higiene

- Kontamed (para agujas)

Varios

-Legalización ITV.
-Soporte técnico p/inspección sanitaria según comunidades.
-Manual de instrucciones de funcionamiento de todos los elementos.
-Planos y esquemas eléctricos
-Rotulación según se acuerde con el rotulista

Fdo: Oscar Carrera Ibañez
Director de Seguridad Ciudadana